

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 3/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 71/2023 <b>Data do Processo:</b> 01/08/2023

**CNPJ:** 83.102.376/0001-34      **Telefone:** (47) 3356-2300  
**Endereço:** Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro  
**CEP:** 88443-000 - Vidal Ramos

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 71/2023  
**b) Nr. Licitação:** 3/2023 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 08/09/2023  
**e) Objeto da Licitação:** Aquisição de uma DIGITALIZADORA NOVA DE IMAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS

### f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

#### SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.

1 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS (DR);  
 DESCRIÇÃO MÍNIMA:

SISTEMA DE DETECÇÃO DE IMAGENS DIGITAL : SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS para a atender a uma sala de raio. O sistema deverá ser totalmente compatível com os equipamentos já existentes no local. Sistema compostos por 01 placa detector de imagem tipo DR e uma estação de trabalho. Características mínimas: 01 detector tipo flat painel sem fio; detector digital tipo DR, utilizando cintilador de lodeto de Césio (Csl); dimensões mínimas de 35x43 centímetros, para uso em bucky mural e mesa; deverá possuir peso máximo de 3,5 kg ; possibilidade de realização de exames fora do bucky mural e mesa quando necessário; matriz ativa de no mínimo 1990 x 2400 pixels; distância entre pixel de 175 µm ou menor. Detector com bateria e carregador; Deve ter proteção contra líquidos e poeira um ou outro IP 65 ou IPX5, deverá suportar carga distribuída de no mínimo 150 kg, Deverá acompanhar no mínimo: um (01) carregador de bateria, com no mínimo 02 unidades de baterias. Todos os demais cabos e acessórios necessários a instalação. Deverá constar na proposta marca e modelo do detector.

CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS: Deverá possuir um console para acomodar os equipamentos. Deverá exibir imagens em até 5 segundos após a exposição (pré-visualização); monitor de LCD de no mínimo 21"; conectividade DICOM 3.0; deverá possuir DICOM Storage, Print, MWM, no mínimo ; deverá possuir Drive de CD/DVD para gravação de mídia externa; Estação de trabalho deverá conter a configuração compatível com a aplicação e Nobreak com potência mínima de 600VA, bivolt automático. Software de aquisição de imagens com as seguintes configurações mínimas : Filtros de harmonização e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidência, seleção de imagem individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela (Pan), ajuste de brilho e contraste (janelamento W/L) geral ou em ponto específico, lente de aumento, recorte manual ou automático em polígono, retângulo, elipse e mão livre,

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UND	1,000	86.000,0000	R\$ 86.000,00

Vidal Ramos, 08/09/2023

.....  
**Assinatura do Responsável**

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

com áreas pré-definidas ou configuráveis. Inversão de imagem em positivo e negativo, giro horário e anti-horário, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em tamanho real ou proporcional a tela. Todas as características técnicas do software e detector deverão ser comprovadas através de manual registrado na Anvisa. Não serão aceitos catálogos comerciais ou outros meios não oficiais da ANVISA. Deverá ser apresentado certificado ANATEL para os detectores de imagem WIFI, constando o mesmo modelo que está sendo cotado na proposta comercial.

Documentação que deverá acompanhar o equipamento no ato da entrega:  
Manual de Operação; Catálogo do produto; Registro do produto na ANVISA; Montagem e treinamento inclusos. - Marca: VIEWWORKS VIVIX3643

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

---

<b>Total geral:</b>	R\$ 86.000,00
---------------------	---------------

Vidal Ramos, 08/09/2023

.....  
**Assinatura do Responsável**